



## OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

71-332 Szczecin

Sekretariat 91 48 74 936 w. 106, tel./fax 91 48 77 561

Okręgowy Sąd Lekarski 91 48 74 936 w. 119

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 91 48 74 936 w. 103

Konto: ING BANK ŚLĄSKI 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

98 1050 1559 1000 0022 1716 8034

Konto: PEKAO S.A. 10/Szczecin 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699

NIP 851-20-36-519

biuro@oil.szczecin.pl

Szczecin, dnia 16 kwietnia 2018r.

OIL-Sz/KS/VM-KS/002/11/2018

Szanowna Pani  
mgr inż. Elżbieta Dembowska  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gryficach  
ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice

**Dotyczy:** ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

W związku z wyrażanym przez lekarzy dentyistów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zaniepokojeniem, spowodowanym skierowaną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Policach do wszystkich gabinetów stomatologicznych powiatu informacją o konieczności wdrożenia przesłanych *ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia* oraz konieczności wypełnienia listy kontrolnej wdrożenia ww. wytycznych, Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

**zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych przesłania przedmiotowych wytycznych wraz z listą kontrolną ich wdrożenia do gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na terenie powiatu.**

W ocenie Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie, przekazane wytyczne nie mogą znaleźć w pełnym zakresie zastosowanie we wszystkich podmiotach wykonujących proces sterylizacji, w tym w szczególności w gabinetach stomatologicznych, które proces ten wykonują jedynie w niewielkim zakresie przy pomocy autoklawu. Należy zaznaczyć, iż przekazane przez PPIS w Policach wytyczne wskazują m.in. na konieczność ukończenia 120 – godzinnego kursu w zakresie sterylizacji i dezynfekcji narzędzi przez osoby nadzorujące i wykonujące te czynności (w tym 60 godzin w centralnej sterylizatorni). **Ponadto podkreślenia wymaga, iż otrzymane przez lekarzy dentystów ogólne wytyczne wskazują na konieczność wykonywania testu biologicznego min. 1 raz w tygodniu, co w przypadku wykonywania sterylizacji w gabinetach stomatologicznych jedynie w niewielkim zakresie wydaje się próbą nałożenia na ich właścicieli obowiązków nieproporcjonalnych do potrzeb i oderwanych od realiów funkcjonowania tego rodzaju gabinetów.**

Mając na uwadze powyższe, a także fakt, iż wytyczne te wydają się być adresowane do dużych podmiotów, w szczególności tych które posiadają centralną sterylizatornię, Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zwraca się z prośbą o pilne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Komisji Stomatologicznej  
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

*dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler*